




# EHSAM

GROSSHANDEL AG

Ehsam Grosshandel AG  
Frau Joelle Neuhaus  
Christoph Merian-Ring 27  
4153 Reinach



## **Prüfbericht**

**2020L13718**

Berichtsdatum 05. Mai 2020 / 17:58  
Auftragstyp Allg. Untersuchungen  
Auftraggeber Ehsam Grosshandel AG, Frau Joelle Neuhaus  
Kopie an Ehsam Grosshandel AG, Frau Jacqueline Ehsam

Bericht Prüfmuster

2020L13718 / 1 Typ 1- non medical

## **Bewertung**

Die Maske erfüllt die Vorgaben der Empfehlungen der Swiss National COVID-19 Science Task Force für Community Masks.

Partikelrückhaltevermögen und Atemwiderstand entsprechen den Vorgaben.  
Eine Widerstandsfähigkeit gegen Spritzwasser ist vorhanden (stark).



# EHR SAM

GROSSHANDEL AG

## Probe

Bezeichnung 2020L13718/1  
Menge Typ 1- non medical  
Eingang 2  
24.04.2020

## Resultate

Teilprobe	-1-	Anforderung
<b>Maskentest (NTXMET100) (na)</b>		
Partikelrückhaltevermögen	>95 %	≥70
Widerstandsfähigkeit gegen Flüssigkeitsspritzer	stark	stark
Atemwiderstand	1 Pa/cm <sup>2</sup>	<60



Widerstandsfähigkeit gegen Flüssigkeitsspritzer: Die Maske lässt keine Prüflüssigkeit durch